



HOSPITAL SANTA IZABEL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO n ° 002/2009.

ERRATA nº 03

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 15.153.745/0001-68 mantenedora do Hospital Santa Izabel, com sede à Praça Conselheiro Almeida Couto nº 500, Nazaré-BA, CEP 40.005-510, por sua Pregoeira Uilma Alves, para conhecimento dos interessados, que resolveu alterar o **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2009**, a ser realizado em 14/09/2009, através do *site* www.bovesbanet.com.br, na forma a seguir, mantidas todas as demais condições inicialmente estabelecidas. As alterações ora procedidas têm o objetivo de ampliar a competição:

ANEXO I

8. – Habilitação	
ONDE DE LÊ:	LEIA-SE:
8.2.5 – Na documentação será exigido certificado de boas práticas;	8.2.5 – O fornecedor deverá apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou documento similar do país de origem do equipamento, com a tradução juramentada.

8.4 – Qualificação Econômico-Financeira	
ONDE DE LÊ:	LEIA-SE:
1.3) Grau de Endividamento $\leq 0,48$	1.3) Grau de Endividamento $\leq 1,00$

8.7 – Dos Manuais Técnicos	
ONDE DE LÊ:	LEIA-SE:
8.7.1 – Das máquinas por eles cotadas, o licitante deverá apresentar os manuais técnico dos equipamentos em língua portuguesa, em atendimento aos requisitos funcionais e técnicos de cada um dos itens.	8.7.1 – Das máquinas por eles cotadas, o licitante deverá apresentar os Manuais Operacionais em língua portuguesa e os Técnico dos Equipamentos em língua portuguesa e/ou língua inglesa , em atendimento aos requisitos funcionais e técnicos de cada um dos itens.



HOSPITAL SANTA IZABEL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

Anexo I – Característica Técnicas do Equipamento

Lote nº 1

Item: Ressonancia Magnética

ONDE DE LÊ:	LEIA-SE:
“. . . Com 8 canais independentes e individuais . . .”	“. . . Com no mínimo 8 (oito) canais independentes e individuais . . .”

Anexo I – Do local e Prazo de Entrega dos Produtos

ACRESCENTAR:

Na hipótese de equipamento de origem estrangeira (importado), o fornecedor deverá apresentar proposta de preço na condição “DDU - Delivered Duty Unpaid”, ou seja, assumindo todas as despesas e riscos até o domicílio do importador, exceto impostos.

Anexo I – Das Obrigações da Contratada

ACRESCENTAR:

- Os equipamentos oferecidos não poderão ser semi-novos, usados, remanufaturados ou recondicionados.
- Os equipamentos oferecidos deverão disponibilizar recursos para realização de “Up-Grade”.
- Comprovar o registro do equipamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, de acordo com o disposto nos art. 1º e 2º da Lei nº 360/76.
- Apresentar parâmetros de desempenho e qualidade do equipamento, considerando uso/especialidades médicas.

Salvador-BA, 10 de setembro de 2009

Uilma Alves
Pregoeira Oficial
Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Hospital Santa Izabel



HOSPITAL SANTA IZABEL
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

EDITAL: PREGÃO ELETRÔNICO n ° 002/2009.

ESCLARECIMENTO DO DESCRITIVO

A Santa Casa de Misericórdia da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 15.153.745/0001-68 mantenedora do Hospital Santa Izabel, com sede à Praça Conselheiro Almeida Couto nº 500, Nazaré–BA, CEP 40.005-510, por sua Pregoeira Uilma Alves, para conhecimento dos interessados, que resolveu prestar esclarecimentos do descritivo relativo ao **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2009**, a ser realizado em 14/09/2009, através do site www.bovesbanet.com.br, na forma a seguir, mantidas todas as demais condições inicialmente estabelecidas. As alterações ora procedidas têm o objetivo de ampliar a competição:

ANEXO I

ESCLARECIMENTOS

bobinas de tórax, cárdio, abdome, mama, articulações (joelho, tornozelo, ombro, punho, bobina microscópica), endorretal, cárdio-pediatria, ângio; Software para mapeamento de cartilagem, perfusão, espectroscopia uni e multivoxel e difusão para músculo esquelético, neurologia e cardiologia; aquisição de ângio-RM de corpo inteiro sem e com contraste; funcional de neuro, funcional de cardio com perfusão, realce tardio TAGGINET; coloração ressonância, uroressonância, pectroscopia de próstata e mama, perfusão de mama, qualificação de carga de ferro (T2*) para fígado e cardio se possível técnica multieco.