

Termo de Homologação

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes aos lotes do edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 , a autoridade competente homologa o referente processo e autoriza a despesa, às empresas vencedoras , conforme indicado no quadro abaixo:

LOTE	01
OBSERVAÇÃO	Cama hospitalar Fawler com grades medindo 1,90x0,90x0,65m, com espelhos removíveis tubulares redondo esmaltado com acabamento em fórmica, estrado rebaixado leito em chapa de aço perfurada esmaltada, manivelas escamoteáveis com punhos em inox para acionamento dos movimentos do leito Fawler e Trendelemburg (sem reverso do Trendlemburg), pés protegidos com ponteiros de borracha, com suporte de soro e Colchão.
ADJUDICADO PARA	METALURGICA 2002 LTDA
ITEM	1
PRODUTO	Cama Hospitalar Tipo Fawler 1,90x0,90x0,65m
ESPECIFICAÇÃO	
MARCA/MODELO	
ACONDICIONAMENTO	
VALOR TOTAL	
VALOR NOMINAL TOTAL	
SITUAÇÃO DO LOTE	Homologado
DATA DA SITUAÇÃO	20-02-2008 12:30:00:00
SITUAÇÃO DO ITEM	Homologado
QUANTIDADE	16
VALOR DO ITEM	R\$ 1.375,00(um mil trezentos e setenta e cinco reais)
VALOR NOMINAL DO ITEM	R\$ 22.000,00(vinte e dois mil reais)
LOTE	02

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel

LOTE	02
OBSERVAÇÃO	Monitor Modular colorido multiparamétrico com configuração de software na língua portuguesa.Tela de cristal líquido de matriz ativa flat screen integrada de no mínimo 15" (quinze polegadas) com apresentação simultânea de 8 (oito) ondas. Utiliza botão navegador como dispositivo de interface principal com o usuário.Apresentação dos dados em forma de gráficos e tabelas de tendências e possibilidade de configurar a apresentação das informações na tela, como: tela dividida entre gráfico, ondas, valores numéricos e números grandes entre outras. Memória mínima de dados do paciente deve ser de 24 (vinte e quatro) horas. Alarmes estruturados em três níveis: ameaça de vida, perigo e aviso, com sinalização visual e sonora diferenciada para cada um desses níveis. Possibilidade de conexão em central e impressoras para registro de dados. Deve executar cálculos de infusão de drogas, cálculos hemodinâmicos, cálculos ventilatórios e de oxigenação. Alimentação: 100-240 v (cem - duzentos e quarenta volts) seleção automática. Análise de arritmias e Análise de Segmento ST simultânea em todas as derivações disponíveis.
ADJUDICADO PARA	GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
ITEM	1
PRODUTO	Monitor de Sinais Vitais
ESPECIFICAÇÃO	
MARCA/MODELO	
ACONDICIONAMENTO	
VALOR TOTAL	
VALOR NOMINAL TOTAL	
SITUAÇÃO DO LOTE	Homologado
DATA DA SITUAÇÃO	20-02-2008 12:32:00:00
SITUAÇÃO DO ITEM	Homologado
QUANTIDADE	10
VALOR DO ITEM	R\$ 27.000,00(vinte e sete mil reais)
VALOR NOMINAL DO ITEM	R\$ 270.000,00(duzentos e setenta mil reais)
LOTE	03

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel

LOTE	03
OBSERVAÇÃO	Cama de Terapia Intensiva 200x 080x070m. Espelhos baixos removíveis tubulares redondo em aço inox grades de tombar em inox, suporte de soro adaptável à cama em inox leito em chapa de aço perfurada esmaltada, manivelas escamoteáveis com punhos em inox para acionamentos do leito Fowler, trendelemburg e reverso do trendelemburg, rodízios giratórios de 6 com freio parcial em diagonal.
ADJUDICADO PARA	METALURGICA 2002 LTDA
ITEM	1
PRODUTO	Cama Hospitalar Tipo Fowler 2,00x0,80x0,70
ESPECIFICAÇÃO	
MARCA/MODELO	
ACONDICIONAMENTO	
VALOR TOTAL	
VALOR NOMINAL TOTAL	
SITUAÇÃO DO LOTE	Homologado
DATA DA SITUAÇÃO	20-02-2008 12:33:00:00
SITUAÇÃO DO ITEM	Homologado
QUANTIDADE	16
VALOR DO ITEM	R\$ 2.125,00(dois mil cento e vinte e cinco reais)
VALOR NOMINAL DO ITEM	R\$ 34.000,00(trinta e quatro mil reais)

LOTE

4

LOTE

4

OBSERVAÇÃO

Ventilador eletrônico microprocessado para assistência ventilatória pediátrica e adulta, com no mínimo as seguintes características: deve, obrigatoriamente permitir conexão à rede de ar e oxigênio; bateria integrada recarregável com capacidade mínima de 180 (cento e oitenta) minutos para todo o conjunto; medidas de volume corrente com fatores corrigidos de acordo com a temperatura corporal: BTPS; no mínimo as seguintes modalidades / modos de ventilação: CPAP/PSV; Volume assistido/Controlado e SIMV; Pressão Assistida/Controlada e SIMV; Pressão SIMV associada a pressão de suporte; volume SIMV associado a PSV; modo pressórico com volume garantido do tipo PRVC ou AUTOFLOW; Ventilação a pressão, controlada e assistida, do tipo BIPAP, BIPV ou BILEVEL com disparo por fluxo, permitindo ventilação espontânea na fase inspiratória e na fase expiratória; No mínimo os seguintes controles e performance: Volume corrente ajustável de 20 (vinte) a 2000 (dois mil) ml; fluxo inspiratório de 8 (oito) a 120 (cento e vinte) Lpm, tempo inspiratório de no mínimo até 5 (cinco) segundos; medida de Auto peep, medida de pressão de oclusão, misturador de oxigênio eletrônico interno, dispositivo para envio de 100% (cem por cento) de O2 com retorno automático; no mínimo os alarmes audiovisuais: Alta pressão Inspiratória, Baixa pressão inspiratória, Baixo volume minuto; ventilador inoperante; tela gráfica integrada em cores apresentando no mínimo 2 (duas) formas de onda simultaneamente em tempo real de pressão, fluxo e/ou volume; Loops pressão x volume, fluxo x volume; gráficos de tendências; monitoração de no mínimo os valores: frequência respiratória, volume corrente expirado; volume minuto, tempo inspiratório, pressão de pico; análise de porcentagem de O2 com célula interna; deve permitir conexão em rede elétrica de 110/220V (cento e dez / duzentos e vinte volts), 60 HZ sendo bivolt automático. Acessórios que devem ser entregues com cada ventilador: 03 (três) circuitos paciente em silicone autoclavável completos, 03 (três) válvulas expiratórias autoclaváveis completas, suporte para circuito paciente, base móvel com rodízio e freios e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. Atender as normas NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-2-12 e NBRIEC 60601-1-2. Deve possuir registro no Ministério de Saúde.

ADJUDICADO PARA

MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA

ITEM

1

PRODUTO

Ventilador Pressao e Volume

ESPECIFICAÇÃO

LOTE		4
MARCA/MODELO		
ACONDICIONAMENTO		
VALOR TOTAL		
VALOR NOMINAL TOTAL		
SITUAÇÃO DO LOTE	Homologado	
DATA DA SITUAÇÃO	20-02-2008 12:34:00:00	
SITUAÇÃO DO ITEM	Homologado	
QUANTIDADE	16	
VALOR DO ITEM	R\$ 43.000,00(quarenta e tres mil reais)	
VALOR NOMINAL DO ITEM	R\$ 688.000,00(seiscentos e oitenta e oito mil reais)	
LOTE	05	

LOTE

05

OBSERVAÇÃO

Desfibrilador com Monitor – Monitor com 07 (sete) derivações, microprocessado em display, Gráfico tecnologia super bright com ajuste de contraste e menu que permite: congelamento de imagem alarmes programáveis de frequência cardíaca, detector de pulso de marca passo, 02 (duas) velocidades de traçado, 03 (três) níveis de sensibilidade, alarme de eletrodo solto, captação de sinal do ECG pelas pás externas ou pelo cabo de paciente, possibilitando cardioversão com sincronismo automático, ou pelo cabo de paciente. Desfibrilador com carga regulável externa em até 360 (trezentos e sessenta) joules (watt / seg); carga regulável Interna (Infantil) em até 50 (cinquenta) joules (watt / seg); monitorização de energia entregue no painel com escala joules; segurança automática para carga interna e infantil (limitada em 50 (cinquenta) joules; teste de disparo no próprio equipamento com capacidade de anular a carga no próprio equipamento; bateria interna recarregável de 12 (doze) vdc, com autonomia para 40 (quarenta) disparos consecutivos; indicação luminosa de nível de bateria e indicador de bateria fraca; saída isolada à vácuo (rele à vácuo), alarme sonoro para disparo; descarga automática ao desligar o equipamento; saída para registrador; dispõe de alça para transporte com suporte para as pás. Alimentação: fonte full range (90 (noventa) a 240 (duzentos e quarenta) vac) rede e bateria interna recarregável de 12 (doze) vdc. Gabinete em poliuretano de alto impacto isolado eletricamente, único com sistema lap-top que permite os mais diversos ângulos de visualização na tela. Peso aproximado: 5,0 (cinco) kg. Acessórios que acompanham: O equipamento deve ter canal de SPO2 integrado com sensor adulto permanente e cabo de paciente de 05 (cinco) vias para ECG, mostrando as curvas no monitor; 01 (um) Cabo de paciente, 01 (um) cabo Terra, 01 (um) Cabo de Força Profissional de 03 (um) vias, 01 (um) Tubo de Gel, Condutor, 01 (um) Par de 5 (cinco) vias de Eletrodos Externo (Pá Adulta), 05 (cinco) Eletrodos Destacáveis de Ag / Agcl.

ADJUDICADO PARA

MEDICALSYSTEM COM E SERV DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS LTDA

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel

LOTE 05

ITEM 1

PRODUTO Desfibrilador

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO

ACONDICIONAMENTO

VALOR TOTAL

VALOR NOMINAL TOTAL

SITUAÇÃO DO LOTE Homologado

DATA DA SITUAÇÃO 20-02-2008 12:36:00:00

SITUAÇÃO DO ITEM Homologado

QUANTIDADE 2

VALOR DO ITEM R\$ 18.495,00(dezoito mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

VALOR NOMINAL DO ITEM R\$ 36.990,00(trinta e seis mil novecentos e noventa reais)

LOTE 06

OBSERVAÇÃO Mesa Cabeceira fechada 0,46x0,42x0,82 m, estrutura tubular esmaltada com porta, Tampo em chapa de Ferro esmaltada, com uma gaveta e uma prateleira interna, pés com ponteira de borracha.

ADJUDICADO PARA METALURGICA 2002 LTDA

ITEM 1

PRODUTO Mesa de Cabeceira

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel

LOTE 06

ACONDICIONAMENTO

VALOR TOTAL

VALOR NOMINAL TOTAL

SITUAÇÃO DO LOTE Homologado

DATA DA SITUAÇÃO 20-02-2008 12:37:00:00

SITUAÇÃO DO ITEM Homologado

QUANTIDADE 16

VALOR DO ITEM R\$ 300,00(trezentos reais)

VALOR NOMINAL DO ITEM R\$ 4.800,00(quatro mil e oitocentos reais)

LOTE 07

OBSERVAÇÃO Escadinha c/ 02 (dois) graus, estrutura tubular esmaltado, 02 (dois) degraus em madeira revestidos com borracha antiderrapante, pés protegidos com ponteiras de borracha.

ADJUDICADO PARA METALURGICA 2002 LTDA

ITEM 1

PRODUTO Escada com 2 Degraus

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO

ACONDICIONAMENTO

VALOR TOTAL

VALOR NOMINAL TOTAL

SITUAÇÃO DO LOTE Homologado

DATA DA SITUAÇÃO 20-02-2008 12:38:00:00

SITUAÇÃO DO ITEM Homologado

QUANTIDADE 16

VALOR DO ITEM R\$ 62,50(sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

VALOR NOMINAL DO ITEM R\$ 1.000,00(um mil reais)

Resumo do Edital

Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Hospital Santa Izabel

CLIENTE TOTAL	QTD DE LOTES ARREMATADOS	VALOR TOTAL DO CLIENTE
METALURGICA 2002 LTDA	4	R\$ 61.800,00
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	R\$ 270.000,00
MALLINCKRODT DO BRASIL LTDA	1	R\$ 688.000,00
MEDICALSYSTEM COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	R\$ 36.990,00